



ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(КЫРГЫЗСТАНДАРТ)

# СЕРТИФИКАТ

о признании утверждения типа средств измерений  
№ 3594

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип  
ЭКОМЕРА

*обозначение типа*

Счетчики воды крыльчатые универсальные (с антимагнитной защитой)

*наименование средств измерений*

производимых

ООО «Сантехническая Компания «ЭКОМЕРА»

*наименование производителя*

г. Москва, Россия

*территориальное место расположения производства*

внесен в Государственный реестр средств измерений под № KG417/01.12.3594-  
23 и допущен к применению в Кыргызской Республике на основании признания  
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

*наименование национального органа*

Российской Федерации

*по метрологии страны экспортера*

Сроки проведения поверки: –

Водосчетчики промышленные:

- с диаметром условного прохода 15-20 мм – один раз в 5 лет;

- с диаметром условного прохода свыше 15-20 мм – один раз в год.

Водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного  
прохода 15-20 мм – один раз в 5 лет.

Термометры – один раз в год.

Данный сертификат распространяется на средства измерений, произведенные  
до конца срока действия (до 11.12.2027 г.) признаваемого свидетельства  
(сертификата) об утверждении типа средств измерений.

Директор

М.П.



Б.А. Нурматов

«13»...02.....2023 г.





КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ  
СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ БОЮНЧА БОРБОРУ  
(КЫРГЫЗСТАНДАРТ)

Өлчөө каражаттарынын бекитилген тибин таануу жөнүндө

# ТАСТЫКТАМА

№ 3594

Ушул тастыктама

ЭКОМЕРА

тиби

*типтин белгиси*

Универсалдык калакчалуу суу эсептегичтери (магнитке каршы коргогучу менен)

*өлчөө каражаттарынын аталышы*

Москва ш., Россия

*шиканын жайгашкан аймактык орду*

«Сантехническая Компания «ЭКОМЕРА» ЖЧКасында

*жасап чыгаруучунун аталышы*

чыгарылган Кыргыз Республикасынын өлчөө каражаттарынын мамлекеттик реестрине № KG417/01.12.3594-23 номери менен киргизилген жана

Россия Федерациясынын техникалык жөнгө салуу жана метрология боюнча

*экспорттоочу өлкөнүн метрология боюнча*

Федералдык агентчилигинде

*улуттук органынын аталышы*

өткөрүлгөн сыноолордун натыйжаларын жана ушул типтин бекитүүсүн таанунун негизинде Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилгендигин ырастайт.

Текшерүү жүргүзүү мөөнөтү:

Өндүрүштүк суу эсептегичтери:

- 15-20 мм шарттуу өтмөк диаметри м-н – 5 жылда бир жолу;

- 15-20 мм ден жогору шарттуу өтмөк диаметри м-н – бир жылда бир жолу;

Тиричилик суу эсептегичтери: 15-20 мм шарттуу өтмөк диаметри м-н – 5 жылда бир жолу.

Термометрлер – бир жылда бир жолу

*интервалын жылдар же айлар менен көрсөтүү*

Бул тастыктама өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү жөнүндө таанылган күбөлүктүн (тастыктаманын) жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин (04.12.2027-ж. чейин) өндүрүлгөн өлчөө каражаттарына жайылтылат.

Директор

М.О.



Б.А. Нурматов

«13»...02.....2023-ж.